

## 结晶紫指示剂(0.0-2.0)

### 简介:

单一酸碱指示剂，结晶紫变色范围:pH0.0-2.0，颜色由绿色变紫色。

### 组成:

结晶紫指示剂(0.0-2.0)	100ml	RT
-----------------	-------	----

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



源叶生物