



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

---

## 脑脊液总蛋白检测试剂盒(染料结合微板法)

### 简介:

脑脊液(Cerebro-Spinal Fluid, CSF)是存在于脑室、蛛网膜下腔和脊髓中央管内的无色透明液体,由脑室中的脉络丛产生,与血浆和淋巴液的性质相似,正常成年人的脑脊液约 100~150ml,弱碱性,不含红细胞;正常脑脊液具有一定的化学成分和压力,对维持颅压的相对稳定有重要作用,当中枢神经系统受损时,脑脊液的检测成为重要的辅助诊断手段。总蛋白(Total Protein, TP)由白蛋白和球蛋白组成,对于生物体液(血清、尿液、脑脊液)中总蛋白质含量的测定,一般要基于如下两个假设:1、所有蛋白质分子由纯多肽组成,含氮量的质量百分比为 16%;2、体液中含有数百个蛋白质分子,每个分子对测定反应都具有非常相似的特性,目前常用的检测总蛋白的方法有:双缩脲法、紫外分光光度法、染料结合法、凯氏定氮法、沉淀法等。

源叶生物 脑脊液总蛋白检测试剂盒(染料结合比色法)其检测原理是在酸性条件下,伊红解离成阴离子型,染料颜色逐渐褪去,使试剂空白吸光度降低;蛋白质多肽中的精氨酸、组氨酸、赖氨酸、色氨酸残基解离成带有 $-NH_3^+$ 基团,与伊红结合成红色蛋白复合物,其吸光度与蛋白浓度呈比例,与同样处理的标准液比较,测得样本中蛋白质的含量,可用于人或动物脑脊液样本中的总蛋白含量测定。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

**组成:**

名称		编号	R22137	Storage
			50T	
试剂(A): TP 显色液	A1: Eosin Solution		0.3ml	RT 避光
	A2: Acidic Buffer		0.3ml	RT
	A3: Eosin Buffer		25ml	RT
使用前, 按 A1:A2:A3=1:1:98 的比例混合, 即为 TP 显色液。				
试剂(B): TP Acidic Buffer			1ml	RT
试剂(C): 蛋白标准			20mg	RT
试剂(D): 蛋白标准配制液			5ml	RT
使用说明书			1 份	

**自备材料:**

- 1、96 孔板
- 2、酶标仪

**操作步骤(仅供参考):**

1、取 1ml 蛋白标准配制液或稀释液加入到蛋白标准中, 充分溶解后配制成 20mg/ml 的蛋白标准溶液, 配制后可立即使用, 溶解后的蛋白标准溶液应-20℃保存。取适量 20mg/ml 的蛋白标准溶液用蛋白标准配制液或稀释液继续进行稀释至 0.7mg/ml, 特别提示: 待测蛋白溶解于什么样的稀释液中, 蛋白标准也宜溶解于什么样的稀释液中, 例如待测蛋白溶解于蔗糖中, 亦取蛋白标准溶解于蔗糖中, 一般也可以用 0.9%NaCl 或 PBS 作为稀释液。

2、TP 加样: 按照下表设置系列孔, 溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡。如果样品浓度过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行检测, 样品的检测最好能设置平行孔。



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

加入物(μl)	空白孔	标准孔	测定孔
蛋白标准配制液	4	—	—
蛋白标准溶液(0.7mg/ml)	—	4	—
待检样品(脑脊液)	—	—	4
TP Acidic Buffer	8	8	8
TP 显色液	240	240	240

3、TP 测定：混匀，室温孵育 10min，酶标仪测定 540nm 处的吸光度，以空白孔调零，读取标准孔、测定孔的吸光度(即为  $A_{\text{标准}}$  和  $A_{\text{测定}}$ )。

**计算：** 脑脊液总蛋白(mg/L)= $A_{\text{测定}}/A_{\text{标准}} \times 700\text{mg/L}$

$A_{\text{测定}}$ =测定孔的吸光度

$A_{\text{标准}}$ =标准孔的吸光度

### 注意事项：

1、蛋白标准粉末溶解于蛋白标准配制液后，即获得蛋白标准原液，该原液中含有防腐剂，不影响后续检测，该蛋白标准原液-20℃长期保存。

2、如果没有酶标仪，也可以使用分光光度计测定，使用分光光度计测定蛋白浓度时，每个试剂盒可以测定的样品数量可能会显著减少。

3、相同浓度的蛋白质，白蛋白呈色稍强，球蛋白稍低。

4、本方法线性范围可达 1000mg/L，若 CSF 中蛋白含量过高，常规检查时潘氏实验达(2+)者，测定时 CSF 用量应适量减少，计算时应相应修正。

5、本方法加入试剂后 1~5min 内呈进行性缓慢下降，10~30min 趋于平稳，可稳定 1~2h。

6、TP Acidic Buffer 加入量应准确，边加边混匀，否则影响结果。

**有效期：** 12 个月有效；蛋白标准配制成溶液后应-20℃冻存。