



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

木聚糖酶检测试剂盒(DNS 比色法)

简介:

木聚糖(Xylan)是植物细胞壁的主要组成成分, 它也是可利用的丰富的半纤维素。木聚糖酶(Xylanase)指能专一降解半纤维素、木聚糖为低聚木糖和木糖的一组酶的总称。木聚糖酶主要来源于细菌和真菌, 包括厌氧菌、需氧菌、嗜温微生物、嗜热微生物和极端微生物等。

木聚糖酶主要包括 3 类: ① β -1,4-D-内切木聚糖酶(EC3.2.1.8), 从木聚糖主链的内部切割 β -1, 4 糖苷键, 使木聚糖溶液的黏度迅速降低; ② β -1,4-D-外切木聚糖酶(EC3.2.1.92), 以单个木糖为切割单位, 作用于木聚糖的非还原性末端, 使反应体系还原性不断增加; ③ β -木糖苷酶(EC3.2.1.37), 切割低聚木糖, 水解产物主要为木糖、木二糖及木三糖等低聚木糖。

根据酶的理化特性, 木聚糖酶又可分为 2 大类: 即分子量小于 30ku 的碱性木聚糖酶和分子量大于 30ku 的酸性木聚糖酶。通常细菌可以同时产生酸、碱性木聚糖酶, 但真菌通常只产生低分子量的碱性木聚糖酶。从本质上讲, 木聚糖酶都具有外切酶和内切酶活性, 只是活性高低不同而已。作为一种工业用酶制剂, 木聚糖酶具有潜在的应用价值。首先木聚糖酶可以将农业和木材工业的废物中的木聚糖转化为木糖; 其次, Wong 等建议木聚糖酶可应用在果汁澄清、咖啡、植物油和淀粉提取加工过程中。

源叶生物 木聚糖酶检测试剂盒(DNS 比色法)检测原理是: 木聚糖酶能将木聚糖降解成还原性寡糖和单糖, 在沸水浴条件下可以与 3,5-二硝基水杨酸(DNS)试剂发生显色反应。反应液颜色的深度与酶解产生的还原糖量成正比, 而还原糖的生成量又与反应液中木聚糖酶的活力成正比。因此, 通过测定反应液颜色的强度, 可以计算反应液中木聚糖酶的活力。本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断或其他用途。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

组成:

名称 \ 编号	R27132 100T	Storage
试剂 A: 木糖标准(10mg/ml)	1ml	4℃
试剂 B: Assay buffer	2×100ml	RT
试剂 C: 木聚糖	0.5g	RT
试剂 D: NH 水溶液(3×)	100ml	RT
试剂 E: YS 溶液	5ml	RT
试剂 F: DNS 试剂	50ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、去离子水或蒸馏水
- 2、电子天平(精度 0.0001g)、pH 计、磁力搅拌器、移液器、小烧杯
- 3、振荡器、纱布、离心机、离心管或试管、三角瓶、容量瓶、
- 4、水浴锅、电热炉、培养箱、分光光度计、比色皿

操作步骤(仅供参考):

- 1、配制木聚糖溶液: 准确称取 0.15g 木聚糖, 使充分溶解于 8ml 去离子和 5ml NH 水溶液(3×)中, 通过 pH 计测定, 用 YS 溶液调节 pH 至 5.5~5.6, 补水至 15ml, 木聚糖终浓度为 10mg/ml, 4℃避光保存, 48 小时有效。
- 2、配制 NH 水溶液(1×): 取 1 份 NH 水溶液(3×)和 2 份去离子水混合即成。
- 3、标准曲线绘制: 取 8 支离心管按下表设置, 准确吸取木糖标准(10mg/ml)与 Assay buffer, 即得不同浓度的木糖梯度标准。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

加入物(ml)	1	2	3	4	5	6	7
木糖标准(10mg/ml)	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
Assay buffer	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93
木糖标准(mg/ml)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7

取 1 支离心管, 加入 0.4ml Assay buffer 和 0.5ml DNS 试剂, 混匀, 沸水浴加热 5min, 自来水冷却至室温, 加 NH 水溶液(1×)1.6ml, 即为空白管。另取 7 支离心管, 加入 0.2ml 37℃预热的 Assay buffer、0.2ml 木糖梯度标准和 0.5ml DNS 试剂, 混匀, 沸水浴加热 5min, 自来水冷却至室温, 加 NH 水溶液(1×)1.6ml, 即为标准管。以空白管调零, 比色杯光径 1cm, 分光光度计测定 540nm 处各管的吸光度。

4、准备样品:

①固体样品按照下表中建议的称样量称取试样两份, 精确至 0.001 g。加入 4ml Assay buffer, 充分溶解, 并定容至 10 ml, 在 4 °C 条件下避光保存 1~2h。1000g 离心 3~5min, 取上清液, 再用 Assay buffer 做适当稀释、定容(稀释后的酶液中木聚糖酶活力最好能控制在 0.04~0.10U/ml 之间)。

木聚糖酶活力/(U/g 或者 U/ml)	称量样品/g(或者 ml)
≥2000	0.01~0.02
500~1999	0.02~0.05
200~499	0.05~0.1
50~199	0.1~0.2
10~49	0.2~0.5

②液体样品可以直接用 Assay buffer 稀释、定容(稀释后的酶液中木聚糖酶活力最好能控制在 0.04~0.10 U/ml 之间)。如果样品稀释后酶液的 pH 偏离 5.4~5.7, 需要用乙酸溶液或氢氧化钠溶液校正至 5.4~5.7。

5、测定样品

①取适量的木聚糖溶液和酶提取液置于不同的离心管中, 37℃平衡 20 min; 木聚糖溶液使用之前应充分摇匀。

②取 2 支离心管按下表设置依次加入相应试剂:



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

加入物(ml)	对照管	测定管
酶提取液	0.2	0.2
Assay buffer	0.2	—
木聚糖溶液	—	0.2
37℃水浴 30min		
DNS 试剂	0.5	0.5
立即摇匀, 放入沸水浴中显色 5min, 立即取出, 流水冷却至室温, 加 NH 水溶液(1×)1.6ml		

以空白管调零, 比色杯光径 1cm, 分光光度计测定 540nm 处对照管和测定管的吸光度(分别记为 A_1 、 A_0)。

计算:

木聚糖酶活力单位定义: 在 37℃ pH5.5 的条件下, 每分钟从浓度为 5mg/ml 的木聚糖溶液中降解释放 1 μmol 还原糖所需要的酶量为一个酶活力单位 U。根据酶活性定义, 可计算出样品中的木聚糖酶活性。

以系列木糖标准(mg/ml) (1~7 号)为横坐标, 以相应的吸光度为纵坐标, 绘制标准曲线。根据标准曲线计算出酶提取液(对照管和测定管)的吸光度相对应的木糖浓度 C, 根据下式再计算木聚糖酶活性。

$$D_1 = N \times (C_1 - C_0) \times 1000 / (1 \times M \times t) = N \times (C_1 - C_0) \times 1000 / 4506$$

$$D_2 = D_1 \times V_0 / m$$

式中: D_1 ——稀释酶液中木聚糖酶的活力, 单位为 U/ml

N ——样品稀释倍数

C_1 ——样品测定管木糖浓度, 单位为 mg/ml

C_0 ——样品对照管木糖浓度, 单位为 mg/ml

1000——转换因子, 1mmol=1000 μmol

M ——木糖的摩尔质量, 单位为 g/mol (=150.2)

t ——酶与底物的反应时间, 单位为 min (=30)

D_2 ——固体样品中木聚糖酶的活力, 单位为 U/g



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

V_0 ——固体样品的酶提取液总体积, 单位为 ml

m——称取样品的质量, 单位为 g

注意事项:

- 1、木糖标准应避免反复冻融, 以免失效或效率下降。
- 2、木聚糖易溶于碱性溶液中, 加入 YS 溶液后呈悬浊状, 静置后可能分层, 为减少实验误差, 后续实验使用时应摇匀。
- 3、待测酶提取液样品如不能及时测定, 应置于-20℃保存, 3 天内稳定。
- 4、如果样品酶活性过高, 应用 Assay buffer 稀释酶提取液后重测, 结果乘以稀释倍数。
- 5、木聚糖酶的最适 pH 一般在 5.5。如果样品稀释后酶液的 pH 偏离 5.4~5.7, 需要用乙酸溶液或氢氧化钠溶液校正至 5.4~5.7。
- 6、本试剂盒适用于饲料等样品的木聚糖酶活性的测定。
- 7、Assay buffer 如不够用, 可用乙酸钠缓冲液(0.1mol/L,pH5.5-6.0)替代。
- 8、DNS 试剂、NH 水溶液(2×) 和 YS 溶液有一定的腐蚀性和刺激性, 应小心操作。
- 9、沸水浴实验操作时, 应当选择带螺旋盖的离心管。
- 10、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 按要求保存。