



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

漂片抗原修复液(10X)

产品编号	产品名称	包装
R32862-100ml	漂片抗原修复液(10X)	100ml

产品简介:

源叶生产的漂片抗原修复液(Antigen Retrieval Solution for Floating Sections)是一种特别适合用于漂片的抗原修复液,可以用于石蜡切片、冰冻切片等样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

细胞或组织用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后,会导致蛋白之间的交联(cross-link),从而遮蔽样品的抗原位点,导致免疫染色时染色信号减弱,甚至出现一些假阳性染色结果。

本抗原修复液含有了广泛使用的柠檬酸钠等抗原修复试剂等, pH 值约为 8.5,可以有效降低漂片破碎的风险并去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联,充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位,从而大大改善免疫染色效果。

通常石蜡切片都需进行抗原修复处理,而冰冻切片可以不进行抗原修复处理。抗原修复会大大改善石蜡切片的免疫染色效果,但对于冰冻切片的染色效果很多文献资料表明也有显著改善。特别是当冰冻切片免疫染色效果欠佳时,可以考虑尝试进行抗原修复。从原理上来看,无论冰冻切片还是细胞爬片等,只要是用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定的样品,进行抗原修复都会有效去除蛋白之间的交联,充分暴露抗原表位,从而大大改善免疫染色效果。

本产品特别适合用于漂片的免疫染色,也可用于常规的石蜡切片和冰冻切片等其它样品的检测。

一个包装的本产品可以配制成 1000 毫升抗原修复液(1X)。按照每个片子需要 10 毫升抗原修复液(1X)计算,一个包装的本产品可以用于 100 个样品。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
R32862-100ml	漂片抗原修复液(10X)	100ml
——	说明书	一份

保存条件:

2-8℃ 保存,至少一年有效。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

注意事项:

抗原修复过程可以使用碧云天的染色缸和染色架或邮寄夹进行操作。塑料染色缸、染色架和邮寄夹可以很好地耐受沸水浴, 而玻璃染色缸需避免骤冷骤热导致的玻璃破碎。

本抗原修复液使用前必须用重蒸水或 Milli-Q 水稀释 10 倍, 配制成抗原修复液(1X)。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 对于石蜡切片:

a. 脱蜡: 切片在二甲苯中脱蜡 5 分钟, 再换用新鲜的二甲苯脱蜡, 共用二甲苯脱蜡 3 次。无水乙醇 5 分钟, 两次。90%乙醇 5 分钟, 两次, 70%乙醇 5 分钟, 一次。蒸馏水 5 分钟, 两次。

b. 抗原修复: 用重蒸水或 Milli-Q 水将本抗原修复液(10X)稀释 10 倍, 配制成抗原修复液(1X), 例如 1ml 本抗原修复液(10X)加入 9ml 重蒸水或 Milli-Q 水, 混合均匀, 即得 10ml 抗原修复液(1X)。将切片浸泡在抗原修复液(1X)中, 80°C 加热约 30 分钟。抗原修复液(1X)使用前需预热到 80°C, 加热可以使用普通的水浴锅。随后大约在 20-30 分钟内冷却至室温。用免疫染色洗涤液洗涤 1-2 次, 每次 3-5 分钟。随后即可进行封闭等后续的免疫染色步骤。

2. 对于冰冻切片:

用免疫染色洗涤液洗涤切片 5 分钟。将切片浸泡在抗原修复液(1X)中, 80°C 加热约 30 分钟。抗原修复液(1X)使用前需预热到 80°C。加热可以使用普通的水浴锅。随后大约在 20-30 分钟内冷却至室温。用免疫染色洗涤液洗涤 1-2 次, 每次 3-5 分钟。随后即可进行封闭等后续的免疫染色步骤。

3. 对于其它样品的抗原修复, 可以参考石蜡切片或冰冻切片的步骤进行。