



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

碱性磷酸酶(AKP/ALP)活性检测试剂盒(微量法)

货号: R41993

规格: 100T/48S

有效期: 6个月

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
试剂-A	60ml×1瓶	2-8℃保存;
试剂-B	5ml×1瓶	2-8℃避光保存;
试剂-C	5ml×1瓶	2-8℃避光保存;
试剂-D	15ml×1支	2-8℃避光保存, 变成蓝绿色不能使用。
标准品	1ml×1支	标准品: 2μmol/mL酚标准液, 2-8℃保存。

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

简介

意义: 碱性磷酸酶 (AKP/ALP) 是一种含锌的糖蛋白酶, 在碱性环境中可水解各种天然及人工合成的磷脂单酯化合物。AKP/ALP 广泛分布于人体各脏器中, 以肝脏为主。

原理: 在碱性环境中, AKP/ALP 催化磷酸苯二钠生成游离酚; 酚与4-氨基安替比林和铁氰化钾反应红色亚醌衍生物, 在 510nm 有特征光吸收; 通过测定 510 nm 吸光度增加速率, 来计算 AKP 活性。

自备用品:

可见分光光度计/酶标仪、微量玻璃比色皿/96 孔板、水浴锅、可调式移液枪、台式离心机、研钵、冰和双蒸水。

粗酶液提取:



1. 组织: 按照组织质量 (g): 试剂-A 体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入1mL 试剂-A) 进行冰浴匀浆。10000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

2. 血液可直接测定, 或者适当稀释后测定。

测定步骤:

1. 分光光度计预热30 min, 调节波长到510 nm, 蒸馏水调零;
2. 试剂-B 置于37℃水浴中预热30 min;
3. 按列表中顺序加入上述试剂:

试剂名称	空白管(ul)	标准管(ul)	对照管(ul)	测定管(ul)
上清液				4
标准品		4		
蒸馏水	4			
试剂-B	40	40	40	40
试剂-C	40	40	40	40
混匀后置于37℃水浴中保温15min				
试剂-D	120	120	120	120
必须立即混匀, 否则显色不完全				
上清液			4	
混匀后于510 nm测定吸光度				
	记为: A空白管	记为: A标准管	记为: A对照管	记为: A测定管

注: 空白管和标准管只需测定 1-2 次。

AKP/ALP 活性计算:

1. 组织中 AKP/ALP 活性计算

(1) 按照蛋白浓度计算

活性单位定义: 37℃中每毫克蛋白每分钟催化产生 1μmol 酚定义为 1 个酶活单位。

$$\text{AKP/ALP (U/mg prot)} = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 反总}] \div (\text{Cpr} \times \text{V 样}) \div \text{T} = 6.8 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{Cpr}$$



(2) 按照样本质量计算

活性单位定义: 37°C中每克组织每分钟催化产生 1 μ mol 酚定义为 1 个酶活单位。

$$\text{AKP/ALP (U/g)} = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 反总}] \div (\text{W} \times \text{V 样} \div \text{V 样总}) \div \text{T} = 6.8 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{W}$$

2. 血液中 AKP/ALP 活力计算

活性单位定义: 37°C中每毫升血液每分钟催化产生 1 μ mol 酚定义为 1 个酶活单位。

$$\text{AKP/ALP 活力 (U/mL)} = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 反总}] \div \text{V 样} \times \text{V 样总} \div \text{T} = 6.8 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管})$$

注: C 标准品: 2 μ mol/mL; V 反总: 反应体系总体积(mL), 204 μ L=0.204 mL;
V 样: 加入反应体系中上清液体积 (mL), 0.004mL; V 样总: 加入提取液体积, 1mL; T: 反应时间 (min), 15 min; W: 样本质量, g; Cpr: 样本蛋白浓度。

注意事项:

1. 试剂-B, 试剂-C, 试剂-D 需 4°C避光保存;
2. 试剂-D 变成蓝绿色不能使用。
3. 加入 试剂-D 后必须立即混匀, 否则显色不完全。
4. 需要另外测定蛋白定量, 建议使用本公司生产的 BCA Protein Assay Kit。