



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

酸性磷酸酶(ACP)活性检测试剂盒(分光光度法)

货号: R41994

规格: 50T/24S

有效期: 6个月

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
试剂-A	30ml×1瓶	2-8℃保存;
试剂-B	10ml×1瓶	2-8℃避光保存;
试剂-C	10ml×1瓶	2-8℃避光保存;
试剂-D	30ml×1支	2-8℃避光保存, 变成蓝绿色不能使用。
标准品	液体×1支	标准品: 2μmol/mL酚标准液, 2-8℃保存。

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

简介

意义: 酸性磷酸酶 (Alkaline Phosphatase, ACP) 在酸性条件下催化磷酸单酯水解称无机磷酸, 常见于巨噬细胞的溶酶体内。ACP 常用于前列腺癌的辅助诊断。

原理: 在酸性环境中, ACP 催化磷酸苯二钠水解生成苯酚, 苯酚与 4-氨基安替和铁氰化钾反应生成红色亚醌衍生物, 在 510nm 有特征光吸收; 通过测定 510nm 吸光度增加速率, 来计算 ACP 活性。

自备用品:

紫外分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板、水浴锅、可调式移液枪、研钵、冰和双蒸水。

粗酶液提取:

1. 组织: 按照组织质量 (g): 试剂-A 体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 试剂-A) 进行冰浴匀浆。10000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。



2. 血液可直接测定, 或者适当稀释后测定。

测定步骤:

1. 分光光度计预热30 min, 调节波长到510 nm, 蒸馏水调零。
2. 试剂-B 置于37℃ 水浴中预热30 min。
3. 在 EP 管中按列表中顺序加入上述试剂:

试剂名称	空白管(ul)	标准管(ul)	对照管(ul)	测定管(ul)
上清液				20
标准品		20		
蒸馏水	20			
试剂-B	200	200	200	200
试剂-C	200	200	200	200
混匀后置于37℃水浴中保温15min;				
试剂-D	600	600	600	600
必须立即混匀, 否则显色不完全。				
上清液			20	
混匀后于510 nm测定吸光度				
	记为: A空白管	记为: A标准管	记为: A对照管	记为: A测定管

注意: 空白管、对照管、和标准管只需测定一次。

ACP 活性计算:

1. 组织中 ACP 活性计算

(1) 按照蛋白浓度计算

活性单位定义: 37℃中每毫克蛋白每分钟催化产生 1 μmol 酚定义为 1 个酶活单位。

$$\text{ACP } (\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg prot}) = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 反总}] \div (\text{Cpr} \times \text{V 样}) \div \text{T} = 6.8 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{Cpr}$$

(2) 按照样本质量计算

活性单位定义: 37℃中每克组织每分钟催化产生 1 μmol 酚定义为 1 个酶活单位。



$$ACP (\mu\text{mol}/\text{min}/\text{g}) = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 反总}] \div (\text{W} \times \text{V 样} \div \text{V 样总}) \div \text{T} = 6.8 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{W}$$

注: C 标准品: $2\mu\text{mol}/\text{mL}$; V 反总: 反应体系总体积 (mL), $1020\mu\text{L}=1.02\text{mL}$; Cpr: 粗酶液蛋白质浓度 (mg/mL), V 样: 加入反应体系中上清液体积 (mL), 0.020mL ; V 样总: 加入提取液体积, 1mL ; W: 样本质量, g; T: 反应时间 (min), 15min 。

2. 血液中 ACP 活性计算

活性单位定义: 37°C 中每毫升血液每分钟催化产生 $1\mu\text{mol}$ 酚定义为 1 个酶活单位。

$$ACP \text{ 活力 } (\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mL}) = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 反总}] \div \text{V 样} \times \text{V 样总} \div \text{T} = 6.8 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管})$$

注: C 标准品: $2\mu\text{mol}/\text{mL}$; V 反总: 反应体系总体积 (mL), $1020\mu\text{L}=1.02\text{mL}$; V 样: 加入反应体系中上清液体积 (mL), 0.020mL ; V 样总: 加入提取液体积, 1mL ; T: 反应时间 (min), 15min 。

注意事项:

1. 试剂-B, 试剂-C, 试剂-D 需 4°C 避光保存;
2. 试剂-D 变成蓝绿色不能使用。
3. 加入 试剂-D 后必须立即混匀, 否则显色不完全。
4. ACP 不稳定, 尤其在 37°C 和 pH 大于 7 的条件下活力丧失快, 因此酸性磷酸酶样品一般需当天准备; 血清样品中, 每毫升血清中加入 10mg 柠檬酸氢二钠或者 5mg 硫酸氢钠, 使 pH 降至 6.5 以下, 或 5ml 血清加入 30% 醋酸溶液 2~3 滴, 置于 4°C 可保存 1 周。