



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

超氧阴离子含量检测试剂盒(分光光度法)

货号: R41939

规格: 50T/48S

有效期: 6个月

产品组成及保存条件:


编号	规格	储存条件
提取液ES41	60mL×1瓶	2-8℃保存;
试剂-A	30mL×1瓶	2-8℃保存;
试剂-B	25mL×1瓶	2-8℃避光保存;
试剂-C	25mL×1瓶	2-8℃避光保存;
试剂-D	氯仿, 自备	室温保存;
标准品 (10μmol/mL)	1mL×1瓶	2-8℃保存。

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

简介

意义: 超氧阴离子 (superoxide anion, O_2^-) 是一种通过向氧中添加电子而产生的短命自由基, 它是由紫外光、香烟烟雾、环境污染物和 γ 射线等环境因素, 或是由红色素氧化酶或 NADPH 氧化酶等氧化酶形成的。 O_2^- 一旦形成, 就会攻击细胞成分, 对脂质、蛋白质和 DNA 造成损害。这会引发许多疾病, 包括癌症、动脉硬化、类风湿关节炎、糖尿病、肝损伤和中枢神经系统疾病。超氧阴离子在免疫系统中起着关键作用, 保护动物免受感染。高活性氧阴离子由受刺激的白细胞释放, 包括单核细胞、巨噬细胞和多形核白细胞。在免疫细胞中, 超氧化物阴离子是由烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸酶 (NADPH) 氧化酶产生的。

原理: 超氧阴离子与盐酸羟胺反应生成 NO_2^- , NO_2^- 在对氨基苯磺酸和 α -萘胺的作用下, 生成红色的偶氮化合物, 在 530nm 处有特征吸收峰, 根据 A530 值可以计算样品中 O_2^- 含量, 反应式为:



自备用品:

可见分光光度计、研钵/匀浆器、台式离心机、天平、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、氯仿和蒸馏水。

超氧阴离子提取:

1. 植物、动物组织:

植物、动物组织: 按照组织质量 (g): 提取液 ES41 体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g组织, 加入 1mL 提取液 ES41) 进行冰浴匀浆, 然后, 10000g, 4°C, 离心 20min, 取上清置于冰上待测。

2. 血清或培养液: 直接测定。

测定步骤:

1. 分光光度计预热 30min, 调节波长至 530nm, 蒸馏水调零;

2. 试剂-B 在 25°C水浴锅中预热 30 min;

3. 标准品的制备: 用蒸馏水将标准品稀释为 0.125、0.0625、0.03125、0.015625、0.0078125、0.0039μmol/mL 的标准溶液待用;

4. 在 EP 中按顺序加入下列试剂

试剂名称	空白管(μL)	测定管(μL)	标准管((μL)
样本		200	
标准品			200
提取液ES41	500	300	300
试剂-A	400	400	400
混匀, 37°C水浴20min			
试剂-B	300	300	300
试剂-C	300	300	300
混匀, 37°C水浴20min			
试剂-D	500	500	500
混匀, 8000rpm, 25°C, 离心5min, 小心吸取上层水相1mL, 测定A530; 计算ΔA标准 = A标准管 - A空白管, ΔA样本 = A测定管 - A空白管。(空白管只需做1-2次。)			



超氧阴离子含量计算公式:

标准曲线的绘制: 以 ΔA 标准为 y 轴, 标准溶液浓度为 x 轴, 绘制标准曲线 $y=kx+b$ 。

1. 组织:

(1) 按照样本质量计算

$$\text{超氧阴离子含量 } (\mu\text{mol/g}) = 2x \times V_{\text{样本}} \div (V_{\text{样本}} \div V_{\text{提取}} \times W) = 2x \div W$$

$$\text{超氧阴离子产生速率 } (\mu\text{mol/g} \cdot \text{min}) = 2x \times V_{\text{样本}} \div (V_{\text{样本}} \div V_{\text{提取}} \times W)$$

$$\div T = 0.1x \div W$$

(2) 按照蛋白质浓度计算

$$\text{超氧阴离子含量 } (\mu\text{mol/mg prot}) = 2x \times V_{\text{样本}} \div (V_{\text{样本}} \times C_{\text{pr}}) = 2x \div C_{\text{pr}}$$

$$\text{超氧阴离子产生速率 } (\mu\text{mol/mg prot} \cdot \text{min}) = 2x \times V_{\text{样本}} \div (V_{\text{样本}} \times C_{\text{pr}})$$

$$\div T = 0.1x \div C_{\text{pr}}$$

2. 血清或培养液:

$$\text{超氧阴离子含量 } (\mu\text{mol/mL}) = 2x$$

$$\text{超氧阴离子产生速率 } (\mu\text{mol/mL} \cdot \text{min}) = 2x \div T = 0.1x$$

注: V 提取: 加入提取液体积, 1 mL; V 样本: 反应中样品体积, 0.2mL;

Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样品质量, g; T: 反应时间, 20min; 2: 2 分子 O_2 参与反应生成 1 分子 NO_2^- 。

注意事项:

1. 如果测定吸光值超过线性范围吸光值, 可以增加样本量或者稀释样本后再进行测定, 并注意计算公式里乘以相应倍数。

2. 样品制备好后, 立刻进行测定, 请勿将样品进行长时间的低温保存, 以免影响测定结果。

3. 试剂-D (氯仿) 有一定的毒性, 操作时请做好防护措施。