



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

MTT 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒

简介:

MTT 比色法是一种检测细胞存活和生长的方法, MTT 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒(MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit)被广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的检测, MTT 检测原理为活细胞线粒体中的琥珀酸脱氢酶能使外源性 MTT 还原为水不溶性的蓝紫色 Formazan 并沉积在细胞中, 而死细胞无此功能, 在特定溶剂存在的情况下可以被完全溶解, 然后通过酶标仪可以测定 570nm 波长附近的吸光度, 细胞增殖越多越快, 则吸光度越高; 细胞毒性越大, 则吸光度越低。

源叶生物 MTT 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒采用了源叶生物自主研发 Formazan Solvent, 使检测本底低, 灵敏度高, 线性范围宽。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20228 100T	R20228 500T	R20228 1000T	R20228 2500T	Storage
试剂(A): MTT Solution(5mg/ml)	1ml	5ml	10mL	25ml	-20℃ 避光
试剂(B): Formazan Solvent	12ml	60ml	120mL	300ml	RT
使用说明书	1份				

自备材料:

- 1、细胞培养液、胰蛋白酶消化液
- 2、低速离心机、96 孔培养板、细胞计数板或计数器
- 3、细胞培养箱、摇床、显微镜、酶联免疫检测仪

操作步骤(仅供参考):



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

1、细胞用含血清的培养液培养至对数生长期，常规胰蛋白酶消化液消化细胞(悬浮细胞无需消化)。

2、低速离心，收集细胞沉淀。

3、用培养液重悬细胞沉淀，制备成单细胞悬液，并计数。

4、细胞接种于 96 孔培养板，一般接种密度为 3000~10000 个细胞/孔，通常细胞增殖实验每孔加 3000 个细胞，细胞毒性实验每孔加入 6000 个细胞，具体每孔所用的细胞的数目，需根据细胞的大小，细胞增殖速度的快慢等决定。

5、37℃ 5%CO₂ 继续培养或按照实验具体需要进行培养，一般培养 6 ~ 24h。

6、按照实验具体要求，给予 0~20μl 干预药物处理，37℃ 5%CO₂ 继续培养至合适时间。

7、弃培养液，每孔加入 10μl MTT Solution 和 100μl 新鲜培养液，在细胞培养箱内继续孵育 4h。

8、弃培养液，每孔加入 110μl Formazan Solvent，置摇床上低速振荡 10 min，使结晶物充分溶解；如果紫色结晶较小或较少，溶解的时间会短一些；如果紫色结晶较大或较多，溶解的时间会长一些。

9、在酶联免疫检测仪 570nm测定各孔吸光度。

注意事项:

1、MTT Solution 尽量减少反复冻融的次数，当颜色变为灰绿色时，请勿使用。

2、由于使用 96 孔板进行检测，如果细胞培养时间较长，应注意蒸发问题。

3、MTT Solution 在低温情况下会凝固，置于室温或 20~25℃水浴至全部融解后使用。

4、Formazan Solvent 可以-20℃储存，当产生沉淀或凝固时可以 37℃水浴孵育以促进溶解，并且必须在全部溶解并混匀后使用。

5、观察 Formazan 是否完全溶解，亦可以借助光学显微镜观察。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

6、培养细胞时尽量细菌避免污染，应注意设立 OD 调零孔和对照。

7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月有效。2~8℃运输，-20℃保存。

