

BW10009

标准物质证书

甲醇中芦丁
Rutin in Methanol

批 号: YY26051902
定值日期: 2026 年 05 月 19 日
有效期至: 2028 年 05 月 18 日

上海源叶生物科技有限公司



本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等相关领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标液储备溶液,通过逐级稀释配置成各种工作用标准溶液等。

一、样品制备

本标准物质采用纯度准确定值的芦丁纯品为原料,以色谱甲醇为溶剂,采用重量-容量法准确配置而成。

芦丁,英文名称: Rutin, CAS号 153-18-4

二、溯源性及定值方法

本标准物质以配置值作为标准值,采用高效液相色谱法-二级管阵列检测器(HPLC-DAD)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值(ug/mL)	相对扩展不确定度 (%) (k=2)
BW10009	甲醇中芦丁	100	2

标准值的不确定度主要由原料纯度,称量,定容以及均匀性,稳定性等不确定度分量合成。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据 JJF1343-2022[标准物质的定值及均匀性、稳定性评估],对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质自定值日期起,有效期24个月,研制单位将继续监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约 1 mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。

2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷藏条件下贮存。

3.使用: 启封前于室温(20±3℃)平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。

声明

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。



研制单位：上海源叶生物科技有限公司 热线电话：4006665481

官网网址：www.shyuanye.com 传真：021-55068248

技术咨询：13817923140 技术邮箱：3008007419@qq.com

单位地址：上海市松江区长塔路 465 号 6 幢

附件：HPLC

色谱柱：Poroshell 120 EC-C18 (4.6*150mm, 4 μ m)

A: B=85: 15 (A- 0.01% 三氟乙酸水溶液, B-乙腈)

流速：1.0 mL/min

进样量：10 μ L

柱温：25 $^{\circ}$ C

检测波长：DAD 256nm

溶剂：甲醇

