



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: 3008007435@qq.com

质检报告

产 品 名 称：牛 血 浆 (EDTA 抗凝)		抽检数：5	批号：KM359919	
保质期：12 个月		生产日期：2025-03-05	有效期至：2026-03-04	
参照标准：CP2020				
生化检测	检查项目	检验方法	标准范围	分析结果
	PH	酸碱度计法	6.8-8.0	7.1
	血浆蛋白	盐析法	8%-15%	10.7%
	血红蛋白	氰化高铁法	≤0.1(w/V)	0.03(W/V)
	总蛋白	钨酸沉淀法	5.5-8.0%(W/V)	6.1%(W/V)
	白蛋白	比色法	25-45g/L	32.6
	内毒素	凝胶法	≤10EU/ml	4EU/ml
物理检测	颜色	观察外观	橙黄	正常
	气味	闻气味	腥味	正常
	性状	观察外观	液体	正常
结论	本产品符合 CP2020 标准			
备注	1、 本产品最好采用逐步解冻发，解冻过程中需要随时轻摇，使温度和血清/血浆成份均匀。			

检验者：朱云飞

审核者：谭小勇

